MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION

COCAINE / CRACK

ETAPE 1 : **DÉTECTION**

SUBSTANCE OU TRACE

CATALOGUE Nº. IDT 1000



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

B) a/ POUR LES POUDRES : Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester, en essayant d'en recueillir le plus possible.

b/ POUR LES LIQUIDES : tremper la partie inférieure du tampon de l'échantillonneur dans le liquide suspect et assurez-vous qu'il soit bien imbibé

c/ POUR LES TRACES : Si vous voyez des traces de poudre, des particules ou pour analyser une surface suspecte : passer largement le tampon de l'échantillonneur sur cette surface en essayant d'en recueillir le plus possible.

C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.

Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.

D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.

E) Agiter doucement l'unité pendant 2 à 3 secondes.

F) L'apparition d'une couleur turquoise dans la chambre à réaction ou sur les particules présentes à l'extrémité de l'embout, indique la présence de cocaïne.

Note : l'intensité de la couleur peut diminuer avec le temps.

OPTION DE CONFIRMATION : pour confirmer la présence de cocaïne utiliser le **KIT 2 COCAÏNE/ CRACK** (IDT 1100)

G) Si aucune couleur n'apparaît, briser l'ampoule de la **chambre 2**.

H) Agiter pendant 1 seconde.

I) L'apparition d'une couleur turquoise dans la chambre à réaction ou sur les particules présentes à l'extrémité de l'embout, indique la présence de crack.

Note : l'intensité de la couleur peut diminuer avec le temps.

OPTION DE CONFIRMATION : pour confirmer la présence de crack utiliser le **KIT 2 COCAïNE/CRACK** (IDT 1100)

Note : Comparer la couleur obtenue dans la fenêtre avec celle de l'échantillonneur du kit.

HOTLINE : +33(0)478 924 118

ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110
contact@isisanalytics.com